

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65216
İstem Tarihi : 13.02.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ NÜKLEER TIP ODALARI

Döküm Tarihi : 13.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM4990	ODA TADİLAT İSİ.	4.00	ADET

Şartname Kodu : 43958

NÜKLEER TIP ODALARININ KURŞUN KAPLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşunun et kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
2. Yapılacak alanda tavan yüksekliği yaklaşık 4 metre olup, yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
3. Kurşun kaplanacak odaların toplam kurşunlanacak zemin ve duvarları 260 m² olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
4. Şartnamede verilen ölçülerin tamamı yaklaşık ölçü olup yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
5. Kurşun kaplanan zeminin üzerine anti bakteriyel, anti statik PVC zemin döşemesi ile kaplanmış olmalıdır.
6. Zemin yaklaşık ölçüsü 60 m² olup, yüklenici tarafından yerinde ölçü alınmalıdır.
7. Kurşun kaplanan duvarların üzeri alçıpan levhalar ile kapatılıp alçı siva tadilatı yapıp boya işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.
8. Duvar boyası rengi idaremiz tarafından belirlenecektir.
9. Tadilat yapılacak alanın tavanı kurşun ile kaplanmayıp, gerekli tüm tadilatı (asma tavan, alçı, siva, boya gibi) yüklenici tarafından yapılacaktır.
10. Toplam 4 oda için yapılacak olan kurşun kaplama ve tadilatı idaremizin belirlediği yerlerden odalar bölünerek kurşun kaplama işlemi yapıp, kurşun kaplı kapı konulacaktır.
11. Toplam 4 adet kapı kurşun kaplanacaktır
12. Kapıların desen ve rengi idaremizin belirlediği renk ve desende olacaktır.
13. Kapılar kurşun kaplı olduğundan ağırlığını taşıyacak menteşeler kullanılmalıdır.
14. Takılacak olacak kapıların tüm aksesuarları üzerinde çalışır durumda olmalıdır.
15. Yapılacak alanda (aydınlatma, priz, internet hattı gibi) bağlantılarını idaremizin gösterdiği ve cihazlara uygun olacak yerlere takılması yüklenici tarafından yapılacaktır.
16. Yapılacak alandaki aydınlatma rengi ve panel armatürü idaremiz tarafından belirlenecektir.
17. Yüklenici teklif vermeden önce nükleer tıp bölümüne giderek yapılacak yer hakkında bilgi almalıdır.
18. Yapılacak alanda oluşabilecek maddi ve manevi tüm hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
19. Nakliye ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.
20. Tadilat sırasında çıkan hafriyat ve hırç yüklenici tarafından düzgün bir şekilde çuvalanıp günlük olarak atılacaktır.
21. Yüklenici tüm takım ve avadanlıklarını yanında getirmelidir.
22. Yüklenici İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır. Aksi durumda önemi alınmayan iş kazalarından idaremiz sorumlu değildir.