

--(J01-014218) MONOKANALİKÜLER TÜP UZUN (RİTLENG MONOKA SİLİKON SET)

- Materyal: Polipropilen ip, 0.64 mm silikon tübing
- Silikon tübingin uzunluğu 240 mm olmalı
- Silikon tüp PVP kaplı olmalı
- Polipropilen ip uzunluğu 415 x 1 mm olmalı
- Tübingin punktuma oturan plağı 4 mm olmalı
- İmperfore nazolakrimal kanal ve monokanaliküler yırtılmalarda kullanılmalı

J01-014216 MİNİ MONOKA İMPLANT

Kanalikül yaralanmalarında lacrimonal kesilerde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı.  
Silikon maddesinden imal edilmiş olmalı  
40 mm uzunluğunda 0.64 mm çapında olmalı  
Operasyon sonunda implante edildiği yerde stabil olabilmesi için punctuma oturan 2 mm çapında bir pluga sahip olmalı

S-01130209 LESTER JONES TÜPÜ

Lakrimal drenaj sistemi kanaliküler stenoz tedavisi için kullanılır.

-Pyrex yapıda olmalıdır.

-Poroz yapı içermemelidir.

-Boyutları 12x3 mm ve 13x3 mm olup milimetrik boyutları hasta bazlı hesaplanıp ,firma ile değiştirilebilir seçeneği olmalıdır.

-12x3 mm 10 adet

-13x3 mm 10 adet

Prof. Dr. İhsan Gökhan GÜRELİK  
11338

Prof. Dr. İhsan Gökhan GÜRELİK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Göz Hastalıkları Öğrt. Üyesi  
Dip. No: 92011131