


TERMAL EKG KAĞIDI ŞARTNAMESİ

- 1-Kağıt 210 mm genişliğinde 40 m uzunluğunda A4 boyutunda olmalıdır.
- 2-Teklif edilen kağıt ısıya duyarlı termal kağıt olmalıdır.
- 3-Kağıdın üzerinde milimetrik kareler bulunmalıdır.
- 4-Kağıdın bir paketinde en az 145 yaprak bulunmalıdır.
- 5-Teklif edilen kağıt kullanılacağı EKG cihazının termal kafasına uyumlu olup herhangi bir problem çıkarmamalıdır.
- 6-Kağıt üzerinde termal kafanın okuma yapabilmesi için siyah okuma noktası bulunmalıdır.
- 7-Kağıt herhangi bir karton rulo üzerinde sarılı olmamalı, z katlamalı kağıt olmalıdır.
- 8-Kağıdı veren firma üretici firmadan onaylı cihazda termal kafada problem yaratmayacağına dair belgeyi ekte sunmalıdır.
- 9- Kağıdı veren firmanın üretici firma tarafından yetki belgesini ekte sunmalıdır .


Prof. Dr. Sedat URAYGAL
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Diploma No: 7061/13
Tescil No: 215217


Prof. Dr. Ali Deniz ÖGÜ
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Kardiyolojisi
Diploma No: 62/7