

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65263  
İstem Tarihi : 14.02.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 14.02.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1  
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı                       | Miktar | Birimi |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|
| J01-010613   | KR1148 KORONER ENJEKTÖR 10-12 ML. | 600.00 | ADET   |

Şartname Kodu : 44281

- Enjektör 10 - 12 cc kapasiteli olacak.
- Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olacaktır.
- Her iki tarafından ve üstünden parmakla tutulacak yuvarlak kulplu olacaktır.
- Uç kısmı luerlock çıkışı olacaktır.
- Tek tek steril ambalajında olacaktır.
- Teslim tarihinden itibaren en az 1 (BİR) yıl miatlı olacaktır.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa Murat ÖZDEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ  
Diploma No : 91/5133  
Dip. Tescil No : 91669

Öğr. Gör. Dr. Salih TOPAL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ A.D.  
Dip. Tesc. No: 90171

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65263  
İstem Tarihi : 14.02.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 14.02.2018  
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : KARDHDKL1  
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı            | Miktar | Birimi |
|--------------|------------------------|--------|--------|
| J01-014155   | KR1149 MANIFOLD (ÜÇLÜ) | 600.00 | ADET   |

Şartname Kodu : 44279

- Manifold sağ el kapalı (right hand off) pozisyonlu olup dayanıklı plastik materyalden yapılmış olacaktır.
- Uç kısmı rotating adaptörü, 3 (üç) erkek luerlock çıkışı olacaktır.
- Şeffaf olacaktır.
- Muslukları kolaylıkla dönebilecektir.
- Tek tek steril ambalajında olacaktır.
- Teslim tarihinden itibaren en az 1 (BİR) yıl miatlı olacaktır.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa Murat ÖZDEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ  
Diploma No: 8178138  
Dip. Tesc. No: 578869

Öğr. Gör. Dr. Salih TOPAL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ A.D.  
Dip. Tesc. No: 90171

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65263  
İstem Tarihi : 14.02.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 14.02.2018  
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : KARDHDKL1  
Bölüm Adı : HEMODİNAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı                               | Miktar | Birimi |
|--------------|---|--------|--------|
| J01-011442   | KR1061 İNTRODUSER SHEATH ANJİOGRAFİK 6 F. | 600.00 | ADET   |

Şartname Kodu : 43068

- İNTRODUCER SHEATH 6F KISA - Introducer sheath 6 Fr ebadında olmalıdır.
- Introducer Sheath, damar travmasına yol açmaması açısından sheath'ten dilatöre düz geçişli olmalıdır.
  - Introducer Sheath'in Cross-cut dizaynını bulunduran hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını da ortadan kaldırmalıdır.
  - Herbir set, 1 adet hemostasis valfli sheath, sheath'e bağlı 2'li musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini guidewire içermelidir.
  - Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilid sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
  - Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.
  - Introducer Sheath içerisindeki sheath'in uzunluğu 10 - 12 cm olmalı ve dilatör uzunluğu sheath'ten fazla olmalıdır.
  - Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş/çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
  - Introducer içinden 0.038 Guide wire geçmelidir.
  - Introducer sheath'ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
  - CE belgeli olmalıdır.
  - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miadlı olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR  
T.C. G.Ü.T.F. GAZİ HASTANESİ  
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ  
Diploma No : 57855  
Dip. Tescil No : 57855

Öğr. Gör. Dr. Salih TOPAL  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
KARDİYOLOJİ A.D.  
Dip. Tesc. No: 90171