

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64800
İstem Tarihi : 25.01.2018 00:00:00
Açıklama : 10 KAT PEDIATRİK METABOLİZMA PLK HASTALARINA KULLANILMAK ÜZERE

Döküm Tarihi : 25.01.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CSAGPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK SAĞ.VE HASTA. POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C062	OR2750 TPN BESLENME SOLÜSYONU BAKTERİ FİLTRESİ 0.2 MİKRON.	600.00	ADET

Şartname Kodu : 36565

İV (DAMARYOLU) TEDAVİSİ İÇİN YETİŞKİN HASTADA KULLANIMA UYGUN 0,2 MİKRON(µm) MAYI-BAKTERİ FİLTRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Filtrenin ağ gözü(mesh) 0,2 mikrometre(µm) olmalıdır
- 2- Filtre ana gövdesi ve filtre setini oluşturan hortumlar şeffaf malzemelerden yapılmış olmalıdır.
- 3- Karışık TPN solüsyonları ile kullanıma uygun olmalıdır
- 4- Setteki mayi-bakteri filtresi yetişkin hastalarda kullanıma uygun olarak en az 10cm2 filtre yüzey alanına sahip, kendinden havalandırmalı özellikte olmalıdır
- 5- 80cm yükseklikteki solüsyon basıncı altında akış hızı 32ml/dak nın üstünde olmalıdır
- 6- Mantar ve spor partiküllerinin filtrasyonu için uygun olmalıdır.
- 7- Filtre setinin dolum hacmi hortumlarıyla beraber toplam 3,0 ml den fazla olmamalıdır. Dolum hacmi değeri etiket üzerinde yazılı olmalıdır
- 8- Filtre seti pompa ile kullanıldığında 3,1bar basınca kadar dayanabilmelidir. Maksimum basınç değeri etiket üzerinde yazılı olmalıdır
- 9- Dişi , Erkek Lüer Lock Konnektör giriş çıkış bağlantılı olmalıdır
- 10- Filtre hasta cildini koruyacak şekilde yassı şekilli olmalıdır
- 11- Filtre gövdesi üzerinde ağ gözü µm cinsinden yazılı olmalıdır(0,2 µm,micron)
- 12- Filtre ana gövdesi boyutları yetişkin hastada kullanmaya uygun şekilde olmalı, filtre setinin ağırlığı 10gramı geçmemeli boyutları 32x70mm den küçük olmalıdır
- 13- Ürün tek kullanımlık paketlerde sunulmalıdır,
- 14- EO ile steril edilmiş olmalı, en az 30 ay son kullanma tarihli olmalıdır
- 15- Ürün paketi etiketi üzerinde ürünün içeriği, lot no, son kullanma tarihi bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır
- 16- Ürün CE işareti taşınmalıdır.
- 17- Ürünün Ulusal Bilgi Bankası(UBB) kaydı ve barkodu olmalıdır.
- 18-Bakteri filtresi haznesi büyük boy olmalı

Uzm. Dr. Mustafa Çelik
Tıp Fak. İhtisas Çiğdem
Melihpaşa Hastahane
Dış. No: 123504

Prof. Dr. Aysun Bıçkıcı
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dış. No: 71110