



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 36988

Düzenleme Tarihi : 21.02.2018

KOD : J03-034074 /

MALZEME ADI : VACULİNE ASPİRATÖR (GOMKO) TORAKS DRENAJ

ASPIRATÖR ? TORAKS DRENAJ ? FASILALI (GONKO)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazda toraks drenaj aspirasyon işlemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmalıdır.
2. Cihazın çalışması fasılalı olmalıdır.
3. Cihazın çalışması ON-OFF anahtarı ile yapılmalıdır.
4. Cihazın vakum değeri max. 25cm su sütunu olmalıdır.
5. Vakum değerinin ayarı 5cm?lik kademeli derecelendirilmiş bir cam silindir yardımıyla yapılmalıdır.
6. Suyun pompaya kaçmasını önleyen bir emniyet kavanozu bulunmalıdır.
7. Cihaz 3 litrelik atık toplama kavanozu ile donatılmalıdır.
8. Atık toplama kavanozunda pompaya sıvının kaçmaması için çek-valf sistemi olmalıdır.
9. Atık toplama kavanozu plastik malzemeden yapılmış olmalı, kapağında bulunan taşıma kolu ile tek elde taşınabilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve kavanoz 121 C de 30 dakika süreli sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
10. Toplama kavanozu ile cihaz girişi arasında bir filtre bulunmalıdır.
11. Cihazın pompası rezistans sistemi ile çalışmalıdır.
12. Cihaz fan soğutmalı olmalıdır.
13. Cihaz dakikada yaklaşık 8 defa aralıklı vakum yapmalıdır.
14. Cihaz mobil olmalıdır.
15. Cihazın arka kısmında taşıma kulbu olmalıdır.
16. Beslenme kablosu cihazın gövdesine sarılabilmelidir.
17. Cihazın 4 adet tekerleğinden 2 tanesi frenli olmalıdır.
18. Cihaz 230V şehir cıreyanı ile çalışmalıdır.
19. Cihazın imalatında, kullanım amacına uygun olacak şekilde birinci sınıf bir işçilik yapılmalı ve boyanmalıdır.
20. Cihaz ölçüleri 43x45x83cm civarında olmalıdır.
21. Cihaz çalışır şekilde teslim edilmelidir.
22. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) sene garantili olacaktır

Doç. Dr. Ali ÇELİK
T.C.G.D.T.F. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Cerrahi Hastanesi
Dip.No: 2171 Dip. Tes. No: 23873

Prof. Dr. İsmail ÇUĞUR
T.C. Gazi Üniversitesi
Göğüs Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. No: 234011-043 Dip. Tes. No: 23873

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN