



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İTİDİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 32374
Düzenleme Tarihi : 27.02.2018

: J07-070381 /

TEKNİK ADI : YİTRİYUM-90 (Y-90 MİKROSFER) (SIR-SPHERES)

Y-90 MİKROKÜRE - TEKNİK ŞARTNAME

1. Karaciğer tümörlerinin intraarteriyel tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Hastanın karaciğerine verilmesi planlanan radyasyon dozuna ve Tc-99m MAA kalibrasyonu ile hesaplanan hepatopulmoner şant oranına göre belirlenecek olan farmastik dozunun haftanın herhangi bir gününde uygulanmasını sağlamalıdır.
3. Her hasta için bir adet uygulama seti ücretsiz olarak verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR
T.C.G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 98-092-634 Dip. Tez. No: 88823

ONAYLAYAN

Prof. Dr. L. Özgür ATAY
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88AA095 Dip. Tez. No: 47104