

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Istem No : 65616 Döküm Tarihi : 28.02.2018  
Istem Tarihi : 28.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemizin çocuk metabolizm laboratuvarı bulunan gaz kromatografi kütle spektrometre cihazın tamirinin yapılması gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Istem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM5728	AGİLENT MARKA GC-MS (GAZ KROMATOĞRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRES	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45024

AGİLENT MARKA 6890 MODEL

GC MS SYSTEM CİHAZ TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Çocuk Metabolizma Ünitesinde kullanılan Gc ms cihazıdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Cihazın bir seferliğe mahsus genel bakımları yapılacaktır.
6. Cihazdan değişen parçaların Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Basteknisyen Yrd.

Uğur ONAL  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Tekniker

390 M  
MİR 3  
nilar  
n de

arar  
vü  
K

390 M  
MİR 3  
nilar  
n de

arar  
vü  
K