

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65520 Döküm Tarihi : 26.02.2018
İstem Tarihi : 26.02.2018 00:00:00 Sayfa : 3
Açıklama : Hastanemiz teknik servisi biomedikal atölyesinde steteskop tamirlerinde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065109	STETESKOP Y HORTUMU.	250.00	ADET

Şartname Kodu : 13108

STETESKOP Y HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hortum boyu en az 50 cm olacaktır.
2. Hortum kavutçuktan imal edilmelidir.
3. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.
4. Numune getirmeyen firmalar dikkate alınmayacaktır.

Fatih AKBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

Erkan ÇETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi
Biyomedikal Birimi

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65520 Döküm Tarihi : 26.02.2018
İstem Tarihi : 26.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz teknik servisi biomedikal atölyesinde steteskop tamirlerinde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065026	STETESKOP ÇATALI.	250.00	ADET

Şartname Kodu : 38940

STETESKOP ÇATALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Steteskop zeytini üzerinde olmalıdır.
3. Mafsallı çelik yay iki parçanın bir mafsalda birleştirilmesinden oluşmalıdır.
4. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
5. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.

Fatih AKSAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biomedikal Birimi

Erkan CETİN
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Biomedikal Birimi

NİK 1

teş

de

teş

de

teş

de

teş

de

teş

de

teş

de

teş

de

teş

de

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65520 Döküm Tarihi : 26.02.2018
İstem Tarihi : 26.02.2018 00:00:00 Sayfa : 2
Açıklama : Hastanemiz teknik servisi biyomedikal atölyesinde steteskop tamirlerinde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065108	STETESKOP TAMBURU.	250.00	ADET

Şartname Kodu : 38942

STETESKOP TAMBURU ALIM ŞARTNAMESİ

1. Yetişkin için olmalıdır.
2. Steteskop tamburu ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.
3. Steteskop tamburu, kardiyolojik sesleri dinlemeye de uygun olmalıdır.
4. Tambur kromajlı olup, 45-50 mm çapında olmalıdır.
5. Ses alıcısı (Tambur) tek tarafı metal diğer tarafında ise diyaframdan oluşmalıdır.
6. Steteskop tamburu simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
7. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadırlar. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır. Numuneler geri iade edilmeyecektir.

Fatih AKBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyomedikal Teknikeri

Erkan ÇETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi
Biyomedikal Birimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİYOMEDİKAL BİRİMİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİYOMEDİKAL BİRİMİ