

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65563 Döküm Tarihi : 27.02.2018  
İstem Tarihi : 27.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan Intellect marka 2276 model ultrason cihazın tamiri yapılması gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0101	ULTRASON CİHAZI TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45009

**İNTELEC MOBİLE MARKA 2776 MODEL ULTRASON CİHAZININ TAMİR ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Fizik Tedavi Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazın tamiri yapılması gerekmektedir.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir verilecektir.
4. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
5. Cihazın kalibrasyonları yapılacaktır.
6. Cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.

  
Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Basteknisyen Yrd.

  
Uğur ÜNAL  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri