

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65700 Döküm Tarihi : 02.03.2018
İstem Tarihi : 02.03.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Acil Servis Ünitesinde kullanılan Nihon Kohden marka defibrilatör cihazlarının bataryaları kullanım ömrünü tamamladığı için yenisinin alınması gerekmektedir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-063658	DEFİBRİLATÖR BATARYASI.	4.00	ADET

Şartname Kodu : 42688

NİHON KOHDEN MARKA DEFİBRİLATÖR
BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 12 V 2800Ma özelliğinde olmalıdır.
- 2- Teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
- 3- Teklifler numuneye göre değerlendirilecek olup, numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
- 4- Orijinal olacaktır. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi biyomedikal birimine teslim edecektir.
- 5- Üretim tarihinden itibari ile 6 Ay geçmemiş olmalıdır.
- 6- En az 2500 MAH SCR tipi yüksek akım kapasitesine sahip pillerden imal edilmiş olacaktır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başhekimisyon Yrd.

Fatih AYDAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihazlar Birimi
Biyomedikal Teknikeri