

18/1221

İstem No : 65567 Döküm Tarihi : 27.02.2018
İstem Tarihi : 27.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemizin dermatoloji bölümüne ait UV7002 Model Monoterapi Fototerapi cihazı için darbant UVB Fototerapi lamba alımı gerekmektedir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-012760	PUVA LAMBASI UVB.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 45011

UV 7002 MONOTERAPİ KABİN CİHAZI İÇİN DARBANT UVB LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği fotokemoterapi laboratuvarında kurulu UV7002 modeli monoterapi-fototerapi cihazına uygun olmalıdır.
2. Darbant UVB lambaları UV7002 modeli üzerindeki Darbant UVB sensörleri ile kalibre edilmiş lambalar olmalıdır.
3. Cihazın 50 adet 200 cm uzunluğunda F79/120W-01 (TL01) Darbant UVB lambaları teklif edilmelidir.
4. Darbant UVB lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
5. Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve kabin içinde tedavide homojen ışımaya yapmalıdır.
6. Değişik spektrumlardan üretilmiş lambaların hatalı tedaviye sebep olduklarında ve yan tesirleri görüldüğünde, hastaları korumak için ve hastaya verilen fotosensitizör ilacın boşa harcanmasını önlemek için medikal lamba olmalıdır.
7. Darbant UVB tedavisi için dalga boyu 310-315 nm olmalıdır.
8. Lambaların ekonomik ömrü uzun olanı tercih edilecektir.
9. Tekliflerden minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
10. Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmslidir.
11. Teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesinde numune getirecektir.
12. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
13. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

USUF ONAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Bakım
Diyarbakir