T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

18/1222

İstem No	: 65569	Döküm Tarihi	: 27.02.2018
İstem Tarihi	: 27.02.2018 00:00:00	Sayfa	: 1
Açıklama	: Hastanemizin dermotolji bölümüne ait UV200AL Model Fototerapi cihazı için UVA Fototerapi lamba alımı gerekmektedir.		

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-012761	PUVA LAMBASI UVA.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 45013

UV 200AL LOKAL FOTOTERAPİ İÇİN UVA LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği fototerapi ve fotokemoterapi laboratuvarında kurulu UV 200AL modeli UVA lokal tedavisi için kullanılan cihazına uygun olmalıdır.
2. Cihazın 50 adet 8W UVA lambaları teklif edilmelidir.
3. UVA lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
4. Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve kabin içinde tedavide homojen ışıma yapmalıdır.
5. Değişik spektrumlardan üretilmiş lambaların hatalı tedaviye sebep olduklarında ve yan tesirleri görüldüğünde, hastaları korumak için ve hastaya verilen fotosensitizör ilacın boşa harcanmasını önlemek için medikal lamba olmalıdır
6. UVA tedavisi için dalga boyu 320-400 nm olmalıdır.
7. Lambaların temsilci olan firmalarca teklif edilmelidir.
8. Tekliflerden minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
9. Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.
10. Teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesinde numune getirecektir.
11. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
12. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

UĞUR ÜNAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Biyomedikal Teknikeri