

18/1223

İstem No : 65568 Döküm Tarihi : 27.02.2018  
İstem Tarihi : 27.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Dermatoloji bölümüne ait 8001K kombine-fototerapi UVA lamba alımı gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-012761	PUVA LAMBASI UVA.	35.00	ADET

Şartname Kodu : 45012

8001 K KOMBİNE FOTOTERAPI KABİN CİHAZI İÇİN UVA LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği fototerapi ve fotokemoterapi kurulu UV8001K modeli kombine-fototerapi cihazına uygun olmalıdır.
2. UVB lambaları UV8001K modeli üzerindeki UVA sensörleri ile kalibre edilmiş lambalar olmalıdır.
3. Cihazın 35 adet 180 cm uzunluğunda F85/100W UVA lambaları teklif edilmelidir.
4. UVA lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
5. Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve kabin içinde tedavide homojen ışımaya yapmalıdır.
6. Değişik spektrumlardan üretilmiş lambaların hatalı tedaviye sebep olduklarında ve yan tesirleri görüldüğünde, hastaları korumak için ve hastaya verilen fotosensitizör ilacın boşa harcanmasını önlemek için medikal lamba olmalıdır.
7. UVA tedavisi için dalga boyu 320-400 nm olmalıdır.
8. Lambaların ekonomik ömrü uzun olanı tercih edilecektir.
9. Tekliflerden minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
10. Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.
11. Teklif verecek firmalar Tıbbi Cihaz Bakım Onarım Atölyesinde numune getirecektir.
12. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
13. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Erkan ÇETAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Basteknisyen Yrd.

UNIVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikleri

18/1223