

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65827
İstem Tarihi : 07.03.2018 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz 5.kat anestezi yoğun bakım ünitesi hasta aralarında kullanılmak üzere gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 07.03.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : ANREYB1
Bölüm Adı : ANEST. REA.YOĞUN BAK.

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065096	STOR PERDE (M2)	90.00	M2

Şartname Kodu : 45089

STOR PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alüminyum malzemeleri çift kat elektrostatik boyalı olacak.
2. Stor perde mekanizmaları 200 akışkanlı dişli malzemesinden olmalıdır.
3. Rediktör sistemi ile çalışmalıdır.
4. İçerisinde tornofom dişli ve paslanmaz çelik yay bulunmalıdır.
5. Zincirde sıyrılma, kopma, sürtünmeden dolayı boncuklarda deforme olmamalıdır.
6. Kumanda zincirinde ayrıca elcik takılı olup, perdenin daha rahat çekilmesi sağlanmalıdır.
7. Stor perde kumaşı polyester malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Temizliği ve kullanımı kolay olmalıdır.
9. Kumaş boyaları 1. sınıf malzemeden olmalıdır.
10. Yüklenici solma veya bozulmaya karşı en az 10 yıl garanti taahhüdü vermelidir.
11. Stor perde kumaşları yerli kumaş olmalıdır.
12. İşçilik ve montaj yükleniciye aittir.
13. İşçilik ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti taahhüdü vermelidir.
14. Toplam 90 m² olmalıdır.
15. Renk istek yapan birim tarafından belirlenmelidir.
16. Hasta yatak araları için yapılmış olup, yüklenici idaremiz tarafından verilen teknik personel ile ölçüleri yerinde alınmalıdır.

Uzm. Dr. Eda MACİT AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tes. No: 117171

Prof. Dr. Lale KARABAYIK
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 39307