

ANTIEMBOLİ ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(MUHTELİF)

- 1- Çoraplar beyaz renk olmalıdır.
- 2- Birim pakette bir çift çorap bulunmalıdır.
- 3- Çoraplarda bacadan kaymayı önleyecek şekilde üst kısmında tutucu bir bölüm bulunmalıdır. Bu bölümün turnike etkisi yapmaması gerekmektedir.
- 4- Çoraplar hastaların bacak kalınlık ve boylarına göre değişik tip ve boylarda olmalıdır.
- 5- Çorap tipi ve boyunun doğru seçimi için referans olarak hasta ölçüm tablosu bulunmalıdır.
- 6- Çorapların ayak uç kısmı açık olmalıdır.
- 7- Çoraplarda basıncı sağlayan dikiş dokusu, çoraba dairesel olarak dikilmiş olmalıdır.
- 8- Çorap bilekten bacağın üst kısmına kadar 5 değişik basınç değerine sahip olmalıdır. (iliak-8 mmHg, Femoral-10mmHg, Poplietal – 8mmHg, Kalf -14mmHg, Bileküstü 18mmHg)
- 9- 30 kereye kadar yıkanıp tekrar kullanılabilmesi ve basınç profilini korumalıdır.
- 10- Firma tarafından onaylanmış şartnamedeki bütün maddelere uygun olduğunu taahhüt eden resmi belge, katalog ve numune getirilecektir.
- 11- Ürün sağlık bakanlığı ve UBB kodu bulunmalıdır.

08.03.2018

KYC Sorumlusu

Pinar Demirel



Ayşe Gökçek

KYCYB Sorumlu Hemşiresi

