

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65596
İstem Tarihi : 27.02.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 27.02.2018
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : KHDINFPL1
Bölüm Adı : ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MER. POLİKLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi


Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064081	FİLTRE (HEPA FİLTRE).	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45017

OOSAFE MARKA AIR CLEANER KN MODEL LABORATUVAR ORTAMI HAVA TEMİZLEME KULESİ FİLTRE SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Tüp Bebek Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş Ortam temizleme kulesi cihazına uyumlu olacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından filtre seti cihaza takılarak çalışır durumda teslim edilecektir.
3. Filtre seti IVF Laboratuvar içerisinde kullanılan Oosafe marka Air Cleaner model Laboratuvar içi Toksik gaz Filtreleme Kulesine uygun olmalıdır.
4. Filtre Seti canister carbon filtre,pre-filtre ve HEPA filtreden oluşmalıdır.
5. Pre-filtre 209x595x100 mm ebadında 1 adet filtreden oluşmalıdır.
6. Pre- filtre kullanım ömrü en az 6 ay olmalıdır.
7. Canister carbon filtre potasyum permanganate emdirilmiş aktif karbon parçacıklarından oluşmalı ve 5 li set halinde olmalıdır.
8. Canister carbon filtre boyu 290mm çapı 145mm olmalıdır.
9. Canister carbon filtrenin kullanım ömrü en az 6 ay olmalıdır.
10. Canister carbon filtre Oosafe Air Clenar Hava Temizleme cihazı içerisindeki tepsiye uygun olmalıdır.
11. HEPA filtre DH-13 standartında olmalı ve cihazın orijinal filtresi olmalıdır.
12. HEPA filtre 610x305x300mm ebadında 1 adet filtre oluşmalıdır.
13. HEPA filtre kullanım ömrü en az bir yıl olmalıdır.
14. Oosafe Air Clenar Laboratuvar içi Toksik Gaz Filtreleme Kulesi 1 yıllık filtre ihtiyacı olan 2 set carbon filtre,1adet hepa filtre ve 2 adet pre filtre seti verilmelidir.

Prof.Dr. Necip Onur KARABACAK
T.C. G.Ü. T.F. Göğüs Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. No: 13445 Dış. Tes. No: 74527

uyandır
MURAT APALIN


Doç. Dr. İsmail GÖLER
T.C. Gaz Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dip. No: 13445 Dış. Tes. No: 74527