

13/1324

İstem No : 65880
İstem Tarihi : 09.03.2018 00:00:00
Açıklama : HASTANEMİZ E BLOK 7. KAT HEMATOLOJİ SERVİSİ

Döküm Tarihi : 09.03.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM3201	HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİNİN TAMIRI.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43804

HEMSİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TAMİR ŞARTNAMESİ

- 1.Firma bizzat gelerek yerinde keşif yapacaktır.
- 2.Firma keşif esnasında hastanemiz teknik servis bölümüne gelerek yetkili personel ile keşif hizmetini yapacaktır.
- 3.Hemşire çağrı sisteminin markası ALFAMAX.
- 4.Firma mevcut sistemi yerinde gördükten sonra fiyat verecektir.
- 5.Firma tamir bittikten sonra sistemi sorunsuz ve çalışır biçimde teslim edecektir.
- 6.Firma çalışma esnasında oluşabilecek hataları kendisi onaracaktır.
- 7.Firma tamir esnasında gerekli bilgileri teknik serviste bulunan yetkili personele bilgi vererek yapacaktır.
- 8.Firma tamir esnasında kullandığı parçaların bilgisini vererek montajını yapacaktır.
- 9.Firma mevcut söktüğü parçaları teknik servis birimine iade edecektir.
- 10.Firma montajını yaptığı parçalara garanti taahhüdünde bulunacaktır.
- 11.Firma onardığı sistemin teknik servis formunu düzenleyip yetkili kişilere imzalatacaktır.
- 12.Firma çalışma yaparken teknik servis yetkili personellerinin izni olmadan hiç bir çalışma yapmayacaktır.
- 13.Firma hemşire çağrı sistemini sorunsuz ve çalışır durumda teslim etmekle mükelleftir.

Ali UCAR
Elektronik Teknikeri

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Baş Teknik Servis Yr.