

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65886 Döküm Tarihi : 09.03.2018  
İstem Tarihi : 09.03.2018 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan triloji cihazı hava basmıyor. Hastane bünyesinde tarafımızca yapılması mümkün değildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM6183	TRİLOJİ CİHAZI TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 45101

PHILIPS MARKA TRİLOJİ CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan markası belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçası orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Cihazın değişen parçaları Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verilecektir.
6. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi ve yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
7. Cihazın tamiri yapıldıktan sonra çalışır durumda teslim edilecektir.

**Erkan ÇETİN**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Başteknisyen Yrd.

**Uğur ÜNAL**  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri