

KORUYUCU CERRAHİ ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. DOĞAL LATEX ELDİVENİN ÜZERİ MICRO YAPIDA ENKAPSÜLE EDİLMİŞ RADYASYON KORUYUCU OLMALIDIR.
2. KORUYUCU ELDİVEN 60 kV'de %68 (±5%), 80 kV'de %61 (±5%), 100kV'de %54 (±5%) ORANINDA KORUYUCULUK SAĞLAMALIDIR.
3. KORUYUCU ELDİVEN PUDRASIZ OLMALIDIR.
4. KORUYUCU ELDİVENLER STERİL PAKETLERDE VE ÇİFT OLARAK VERİLMELİDİR.
5. KORUYUCU ELDİVENLERİN PARMAK KALINLIĞI 0,33mm, AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 0,34mm, BİLEK KALINLIĞI 0,32mm VE TOPLAM UZUNLUĞU 290mm OLMALIDIR.
6. KORUYUCU ELDİVENLERİN ÜZERİNDE ÜRETİM TARİHİ VE SON KULLANIM TARİHİ OLMALIDIR.
7. KORUYUCU ELDİVEN EBATLARI 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 OLMALIDIR. HASTANE İSTEDİĞİ EBATI SEÇEBİLMELİDİR.
8. KORUYUCU ELDİVENLER 89/686/EEC KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE KATEGORİ III KARMAŞIK TASARIM OLARAK ÜRETİLMELİ, ARTİKEL 10 AT TİP İNCELEME BELGESİ VE ARTİKEL 11B BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMELİDİR. CE İŞARETİ VE DÖRT HANELİ ONAYLI KURULUŞ NUMARASI ÜRÜN ETİKETİNE İŞLENMELİDİR. BU DURUM FİRMANIN BELGESİ İLE KANITLANMALIDIR.
9. FİRMA TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NUN (TİTCK) 15.05.2014 TARİH 29001 SAYILI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMENLİĞİNDE BELİRTİLEN "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" Nİ SUNMALIDIR. YETKİ BELGESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

Prof. Dr. C. Avni ERBACAN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 1625
Dip. Tescli No: 27970

Öğ. Dr. DİDEM TUBA AKÇALI
Sağ. Bilimler Fakültesi, Hastahane
Sağ. Bilimler Fakültesi, Hastahane
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ağrılı Uzmanı
Diploma No: 1703 Dip. Tescli No: 83454