

ŞARTNAME

KISIM:5 (S-501130081) DRENAJSİSTEMİ ÖN KAMERADAN OLAN VALFLİ İMP

Basınca duyarlı elastomer zardan yapılı, Valf sistemi içeren,gövdesi ve tüpü flexible silikon malzemededen yapılmış, erişkin- çocuk ve pars plana yerleştirmeye uygun tipleri olan glokom cerrahisi amaçlı seton. Gövde armut şeklinde oval ve 13.5mm x 16 mm ebadında olmalıdır.

Doç.Dr.Zeynep AKTAŞ
Gazi Üni.Tıp.Fak.
Göz Hastalıkları
Diplome No: 2749
Sicil No: 25642

Doç. Dr. C. Murat HASANREİSOĞLU
Gazi Ü.T.F. Göz Hastalıkları
Dip. No: 13193 Sicil No: 28650
Dip. Tesc. No . 107865