

ENTERAL BESLENME TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüp vücut ile uyumlu şeffaf tıbbi polikarbotan materyalden yapılmış olmalıdır.
- Tüp radyo-opak olmalı ve radyografi ile görülebilmelidir.
- Tüp tekli steril pakette olmalı ve uzunluğu en az 110 cm olmalıdır.
- 20,40,60 cm lerde seviye çizgileri olmalıdır.
- Tüp çapı 12 F olmalıdır.
- Tüp lümeni içinde hastaya yerleştirmeyi kolaylaştırıcı bir klavuz tel olmalıdır.
- Klavuz telin boyu herhangi bir iritasyona sebep olmamak için tüpün boyundan en az 2 cm kısa olmalıdır.
- Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık ve 2 (iki) adet yan deliği olmalıdır.
- Tüp konnektörü kontaminasyonu engellemek için tek girişli ve emniyet kapaklı olmalıdır.
- Tüp ile birlikte tüpe uygun enjektörde teslim edilmelidir.
- Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Prof. Dr. Gülbin GENÇELİ BKMAMZ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Teski No: 88939

Doç. Dr. Melda Aybar TÜRKÖĞLÜ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İÇ HASTALIKLARI UZMANI
Dip. Teski No: 88939