

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66093  
İstem Tarihi : 16.03.2018 00:00:00  
Açıklama : PNÖMATİK MANŞON

Döküm Tarihi : 22.03.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GENCYB1  
Bölüm Adı : GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-014600	MANŞON, PNÖMATİK KOMPRESYON İÇİN	100.00	ADET

Şartname Kodu : 45167

**PNÖMATİK KOMPRESYON BACAK MANŞONU**

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.
2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı veya diz üstü boyları bulunmalıdır.
4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium ve large boyları bulunmalıdır.
5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium ve large boyları bulunmalıdır.
6. Her pakette 1 çift manşon bulunmalıdır.
7. Tek hasta kullanım olmalıdır.
8. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
9. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
10. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.
11. Manşonların boyları renk kodlandırılmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir.
12. İhaleyi alan firma tarafından 3 adet cihaz hastane eczanesinde yada deposunda manşon bulunduğu sürece kullanılmak üzere konsinye olarak hastaneye verilecektir.
13. İhaleyi kazanan firmanın şartnamedeki maddeleri teyit eden belge getirmesi gerekmektedir.

G.Ü.T.F. Gazi Hastane  
Prof.Dr. A. Bülent  
Genel Cerrahi  
Dip.No: 6387 Dip. Tes.

r. Ziya ANADOL  
Gazi Üniversitesi  
Cerrahi Hastanesi  
Genel Cerrahi  
A138 - Dip. Tes. No: 67607