

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65465
İstem Tarihi : 21.02.2018 00:00:00
Açıklama : MİKROSKOP X4'LÜK OBJEKTİF İSTEĞİ

Döküm Tarihi : 22.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : PATLB1
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-032326	MİKROSKOP OBJEKTİFİ	7.00	ADET

Şartname Kodu : 44960

4X OBJEKTİF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Objektif, Olympus marka BX43 model mikroskop ile uyumlu olmalıdır ve aynı marka olmalıdır.
2. Objektif, plan akromat özelliğinde yüksek kaliteli olmalı ve çözünürlüğü 3.36 μm olmalıdır.
3. Objektif üzerinde Plan ibaresi bulunmalıdır.
4. Objektif 0.1 nümerik açıklık değerine sahip olmalıdır.
5. Objektif, 18,5 mm çalışma mesafesine sahip olmalıdır.
6. Objektifin F.N. değeri 22 olmalıdır.
7. Objektifin F.N. değeri 22 olan 10x oküler ile birlikte toplam büyütmesi 40x olmalıdır.
8. Objektifin odak derinliği 175 μm ve gerçek görüş alan değeri 5,5 olmalıdır.
9. Objektif üzerinde sınırsız doğrulama özelliği anlamına gelen UIS2 ibaresi bulunmalıdır.

Yrd.Doç.Dr. Özkan EKİNCİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 11191

Prof. Dr. Mehmet AKTÜREK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125