

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66055
İstem Tarihi : 15.03.2018 00:00:00
Açıklama : İHALE ÖNCESİ ACIL ALIM - 2

Döküm Tarihi : 15.03.2018
Sayfa : 9

Bölüm Kodu : PATLB1
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-071618	ETİL ALKOL	500.00	LİTRE

Şartname Kodu : 5987

ETİL ALKOL (%96LIK ETİL ALKOL)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında doku takibinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Formülü C₂H₅OH ve mol ağırlığı 46.07g/mol olmalıdır.
3. Renksiz, berrak, akıcı ve uçucu, kokusu karakteristik olmalıdır.
4. Metil içermemelidir.
5. 5 litrelik ambalajlarda teslim edilmelidir.
6. Su oranı maksimum % 0.2 olmalıdır.
7. Etiketinde ürünün adı, hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari ünvanı bulunmalıdır.
8. Orijinal ambalajında kapaklı olmalıdır.
9. Son kullanma süresi teslim tarihi itibaren en az bir yıl sonra dolmalıdır.
10. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune getirilmelidir.
11. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 10 litrelik numune teslim edecektir.

Dr. Doç. Dr. Özgür EKİNCİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 050111-99

Prof. Dr. Nalan AKYÜREK
T.C. G.Ü.İ. Gazi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 11191 Sic.No: 24/25

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66055
İstem Tarihi : 15.03.2018 00:00:00
Açıklama : İHALE ÖNCESİ ACIL ALIM - 2

Döküm Tarihi : 15.03.2018
Sayfa : 8

Bölüm Kodu : PATLB1
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J08-011761	LAM (FROST LAM 76 X 26 MM)	150.000.00	ADET

Şartname Kodu : 12007

LAM FROST 76X26) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lamlar kaliteli optik, saydam renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Bir kutuda en az 50 rodajlı lam olmalıdır.
3. Lamların kalınlığı en fazla 1mm; eni en fazla 26mm ve boyu en fazla 76mm olmalıdır.
4. Lamlar tek tarafı rodajlı olup diğer tarafı buzlu olmayan özellikte olmalıdır.
5. Rodajlı yeri lam genişliğinde, renkli olmalı ve bu alana yazılacak yazılar kolay silinmemelidir.
6. Superfrost olmalıdır.
7. Lamların üzerine alınan dokular Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanılan boyama ve kapama cihazına konulan kimyasal maddelere (asit veya xylol gibi) dayanıklı olmalıdır ve dokular dökülmemelidir.
8. Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanılan doku kapama cihazının optik okuyucusu rodajlı tarafla uyumlu olmalıdır.
9. Lamların rodajlı kısmı en az 3 ayrı renkte olmalıdır.
10. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 70 lam içeren bir kutu lamı numune olarak teslim edecektir.

Prof. Dr. Dr. Özgür EKİNCİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 0031149

Prof. Dr. N. AKYÜREK
T.C. G.U.M.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip.No: 11191 Sic.No: 21121