

ALET TEPSESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tepsi 42cm boyunda 28cm eninde olmalıdır.
- 2- Metal paslanmaz, yıkamaya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa C. KARAKURT
I.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 10220889

Doç. Dr. Mustafa C. KARAKURT
I.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Hastalıkları A.B.D.
Dip. No: 10220889