

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66425
İstem Tarihi : 29.03.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 29.03.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CKARAN1
Bölüm Adı : ÇOCUK KARD. HEMODİNAMI LAB.

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|--------------|---|--------|--------|
| J01-013572 | KR1029 GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU 6 F. 2.0 MM. | 3.00 | ADET |

Şartname Kodu : 45326

GEÇİCİ PACE ELEKTRODU

- 5F olmalıdır.
- Sağ ventrikülün geçici olarak pace edilmesinde kullanılacaktır.
- Elektrotun distal ucunda "tip" ve "ring" elektrotları bulunmalıdır. Elektrod bipolar olmalıdır.
- Proksimal ucunda negatif ve pozitif 2 (iki) ayrı ucu bulunacaktır.
- Yumuşak meteryalden yapılmış olacaktır.
- Radyopak olmalıdır.
- Steril orjinal ambalajında olacaktır.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.
- Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört)ay miatlı olacaktır.


Prof. Dr. Sedat TUNALI
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Diploma No: 78AA135
Tescil No: 31940


Uzm. Dr. Mustafa CANBEYLİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Kardiyoloji B.D.
Dip. Tes. No: 142446