

Bölgesel Cilt Yapıştırıcısı Teknik Şartnamesi

- 1- Etken maddesi 'Cyanoacrylate' olup, kimyasal formül bileşenleri' 2 octyl oluşmalı, OctylFlex teknolojisi sayesinde, esneklik artırılıp, hasta konforuna katkıda bulunmalı çatlama, erken dökülme sertlik ve hasta hissiyatını önlemelidir. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde yüz dudak gibi hissiyatı yüksek olan bölgelerde sertleşmemeli/hissedilmemelidir.
- 2- Ürün 0.5ml aplikatöründe şeffaf ve steril olmalıdır.
- 3- 29.7 in2 yüzey alan kaplamasına sahip olmalıdır.
- 4- Mikrobiyel bariyer ve su geçirmezlik korumasına sahip olmalıdır.
- 5- Cerrahi insizyonları kapatmanın yanı sıra, insizyon hattında antimikrobiyel etki yaratmalıdır.
- 6- Uygulamanın hemen sonrasında hastaların duşa girebilmelerine olanak sağlamalıdır.
- 7- Uygulama esnasında en mükemmel hassasiyet ve doğru kullanım için, açılı ve eğimli bir uça sahip olmalıdır.
- 8- Ürün uygulandıktan sonra maximum 6-10 gün içerisinde vücuttan kendiliğinden dökülmeli ve kalkmalıdır.
- 9- Fiziksel yapı itibarı ile kalem gibi olup, kolay kullanım için ergonomik olmalıdır.
- 10- Uygularken sıkılaşmaya gerek kalmamalıdır fakat istenildiğinde sıkılaşılabilir özelliğine sahip olmalıdır.
- 11- 26 saniyelik bir ayar (yapışma) süresine sahip olmalıdır.
- 12- Ortalama yara kapatma gücü 4.60 Lbs olmalıdır.
- 13- OctylFlex teknolojisi sayesinde, çatlaklık oluşumuna %0 oranında müsaade etmeli ve bu özelliğinin kıyasla daha üstün olduğunu gösteren klinik çalışma ve testlerle desteklenmelidir.
- 14- 263 cm doğrusal kapsama alanına sahip olmalıdır.
- 15- Soğuk zincir gerektirmemelidir.
- 16- Uygulama esnasında akamamalı ele, eldivene yapışmamalıdır.
- 17- Son kullanma tarihinin bitimine 6(Altı) ay kala ürün firma tarafından değiştirilmelidir.

Milifer YERİLDAC
T.C. Gazı Üniversitesi
Acil Sorumlu Hemşiresi

Doç. Dr. Elvan BİLİR
T.C. GAZI ÜNİVERSİTESİ
Acil Tıp
Dip. No: 886044023
Dip. No: 59830-51050