

MALZEME ADI: DİSPOSABLE SEDYE ÖRTÜSÜ

Tek Kullanımlık (Disposable) Sedyeye Örtüsü Teknik Şartnamesi

1. Disposable Sedyeye örtüsü spunbond nonwoven kumaştan üretilmiş olmalıdır
2. Disposable Sedyeye örtüsü yırtılmaya ve esnemeye karşı mukavim olmalıdır.
3. Disposable Sedyeye örtüsünün gramajı en az 50 gr-m2 olmalıdır.
4. Disposable Sedyeye örtüsünün ebatları boy sedyeyi kavrama payı hariç 205 (+-10cm), 90cm (+-10cm), olmalıdır.
5. Sedyeye örtüsü tek kullanımlık hijyenik paketler içerisinde paketlenmeli, paketler taşımaya ve dağıtıma uygun olmalıdır.
6. Sedyeye örtüsü sedyeye üzerinde kavrayıcı özellikte olmalı, sedyeye hasta oturunca veya yatınca sedyeden kayma yahut çıkma olmamalıdır.
7. Sedyelerin kısa kenarlarında yer alan ve çarpmaları engellemek amacı ile yapılan bombeli kısımlarına uygun üretilmiş olmalıdır. Bahsedilen kısımlara göre sedyeye örtüsünde dört tarafından bombeli olarak imal edilmelidir.
8. Sedyeye örtüsünün baş ve ayak uçlarına yapılacak olan bombeli kısımlar ile beraber en az 5 mm'lik lastik ile kaplanmalı, dikişler sık olmalı, lastikli kısım örtüden kolayca kopup ayrılmamalıdır.
9. İstekli firmalar teklifleri ile beraber 5 adet numune bırakacaktır. Nihai karar numunelerin değerlendirmesine müteakip verilecektir. Numuneyi eksik getiren yada geç getiren firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Şartnameye uygun olmayan ürünler talep edildiğinde ücretsiz değiştirilmelidir.

Doc. Dr. Fırat BİLDİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAMİ Hastanesi
Acil Tıp
Dip. No: 8804023
Dip. Tes. No: 55810-51030

NİHİT YEŞİLDAT
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşire