

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66542
İstem Tarihi : 03.04.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 05.04.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013838	DO1003 ANTIEMBOİZİM BASINC MANSONU (DİZÜSTÜ).	20.00	ADET

Şartname Kodu : 45344

PNÖMATİK KOMPRESYON BACAK MANŞONU

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.
2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı veya diz üstü boyları bulunmalıdır.
4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium ve large boyları bulunmalıdır.
5. Her pakette 1 çift manşon bulunmalıdır.
6. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
7. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
8. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
9. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.
10. Manşonların boyları renk kodlandırılmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir.
11. Hastaneye her 50 manşon karşılığında 1 adet cihaz konsinye olarak bırakılacaktır.

Doç.Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü.T.F.-Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Diy. Tescil No: 93981

Prof.Dr.Emi GÜRSEL
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 8478
Diy. Tescil No: 88725

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66542
İstem Tarihi : 03.04.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 05.04.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013886	DO1003 ANTIEMBOİZM BASINÇ MANŞONU (DİZ ALTI).	30.00	ADET

Şartname Kodu : 45345

PNÖMATİK KOMPRESYON BACAK MANŞONU

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.
2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı veya diz üstü boyları bulunmalıdır.
5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve XL boyları bulunmalıdır.(15 tanesi medium, 10 tanesi large,5 tanesi xl)
6. Her pakette 1 çift manşon bulunmalıdır.
7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
8. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
9. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
10. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.
11. Manşonların boyları renk kodlandırılmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini taahhüt etmelidir.
12. Hastaneye her 50 manşon karşılığında 1 adet cihaz konsinye olarak bırakılacaktır.

Doç.Dr. Muge AYDOĞDU
T.C. G.Ü.T.F.-Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-125
Diro Tescri No: 93881

Doç.Dr. Gazi GAZİ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-125
Diro Tescri No: 93881