

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66572
İstem Tarihi : 04.04.2018 00:00:00
Açıklama : POLİSOMNOGRAFİ LABORATUVARI İÇİN

Döküm Tarihi : 04.04.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CNORPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK NOROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067901	EKG KABLOSU 4'LÜ (CIT CITLI).	100.00	ADET

Şartname Kodu : 45367

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen EKG kablosu Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen EKG kablosu soketi EEG giriş kutusuna uyumlu olacaktır.
3. Teklif edilen EKG kablosu 1 pakette 4 adet, renk kodlu yapıda olacaktır. (Kırmızı, sarı, yeşil, siyah)
4. Teklif edilen EKG kablosu uçları snap (kolay takılabilen çıt çıt) tip olacaktır.
5. Teklif edilen EKG kablosunun uzunluğu 1.5m olacaktır.
6. Kablo kullanılacak cihazın Orijinal firması üretimi olacaktır.
7. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Doç.Dr. Ayşe SERDARÖZÜ
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
EKG Kablosu
Etilim No: 73-AA-182
Etilim No: 27/018



Doç.Dr. Özgür ARHAN
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
EKG Kablosu
Etilim No: 73-AA-182
Etilim No: 27/018
Dip. Tesc. No: 89778

