



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 34443

Düzenleme Tarihi : 04.04.2018

KOD : J01-01E867 /

MALZEME ADI : YATAK KORUYUCU PED (DISPOSABLE).

(HASTA ALT BEZİ YATAK KORUYUCU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.
  - a. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalıdır.
  - b. Orta Tabaka selüloz olmalıdır.
  - c. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
2. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm ( $\pm$  5 cm) ebatlarında olmalıdır
3. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır.
4. Malzemenin şartnameye birebir uyduğuna dair belge sunulmalıdır
5. Bez cildi tahriş etmemelidir.
6. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalıdır.
7. Numunelere, klinikte kullanılıp denendikten sonra şartları karşılıyorsa onay verilecektir.

Dr. E. MACİT AYDIN  
Gaz. Ü. Tıp Fak. Hast.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.  
Yoğun Bakım BD.  
Dip. Tesc. No: 117171

Uzm. Dr. E. MACİT AYDIN  
Gaz. Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.  
Yoğun Bakım BD.  
Dip. Tesc. No: 117171

Prof. Dr. Lale KARABEY  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gaz. Ü. Tıp Fak. Hast.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.  
Yoğun Bakım BD.  
Dip. Tesc. No: 117171

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN