

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66506
İstem Tarihi : 02.04.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.04.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CNORPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK NOROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010910	EEG CİHAZI İÇİN DİSK ELEKTROD SETİ (DIN-TİPE)	420.00	ADET

Şartname Kodu : 11143

EEG CİHAZI İÇİN DİSK(KOLLODYUM) ELEKTROD SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2- Elektrodlar orijinal firma üretimi olacaktır.
- 3- Elektrodların uzunluğu 1.5m olacaktır.
- 4- Elektrodların bağlantı kısımları disk şeklinde ve ortası delikli olacaktır.
- 5- Elektrodlarının disk bağlantı kısımları iyi iletim için gümüş alaşımli olacak ve üzeri plastik gibi herhangi bir madde ile kaplanmamış olacaktır.
- 6- Elektrodların bir setinde 12 adet elektrod olacaktır.
- 7- Elektrodların soket kısmı DIN tipi olacaktır.


Dr. D. ARHAN
Gazi Üniversitesi
Çocuk Nöroloji
Dip. No: 3263 Dip. Tesc. No: 89778


Prof. Dr. AYŞE SERDAROĞLU
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Polikliniği
Dip. No: 79-AA-792
Dip. Tescil No: 27318