

OKSİJEN VENTURİ MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde bir adet maske değişik konsantrasyonlarda oksijen verebilmek için 6 adet dilatörü, 2 metre uzunluğunda oksijen tüpü olmalıdır.
2. Maskenin infant, pediatrik ve yetişkin boyları mevcut olmalıdır.
3. Dilatörler 24%,28%,31%,35%,40%,50% oranlarında oksijen verecek şekilde olmalıdır.
4. Maske hastanın burun ve yüz yapısına anatomik olarak kolayca uyum sağlayabilecek yapıda ve şeffaf olmalıdır.
5. Maske üzerindeki baş lastiği esnek ve fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
6. Maskenin her iki yanında hava girişi ve CO2 çıkışı için delikler olmalıdır
7. Set içinde 15 cm corrugé hortum bulunmalıdır.
8. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.
9. CE belgesi olmalıdır, UBB barkodu olmalıdır.

Nuray DELEN
İc. Hast. Yaşın Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Doç. Dr. Fikret BİLİK
G.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Kor. 34
Dip. No: 8804A023
Dip. Tes. No: 59830-51040



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 23009

Düzenleme Tarihi : 12.04.2018

KOD : J01-012426 /

MALZEME ADI : PAMUKLU ÇUBUK (%70 ALKOL %2 CLORHEXİDİNLİ).

%70 ALKOL VE %2 CHLORHEXİDİNE Lİ SWABSTİCK(PAMUKLU ÇUBUK)
ŞARTNAMESİ

- 1-Swabstick (pamuklu çubuk) %70 İsopropyl alkol ve %2 Chlorhexidine digluconate içermelidir
- 2- Swabstick (pamuklu çubuk) 3 ml solüsyon ihtiva etmelidir.
- 3-Kullanım sırasında pamuk kısmı dağılmamalı ve hav bırakmamalıdır.
- 4- Kaşıntı ve yanma hissi vermemeli, bu nedenle hastalarda rahatlıkla kullanılmalıdır.
- 5-Çubuk kısmı beyaz PP plastik ve boyutları 4.3 x 14mm olmalıdır.
- 6- Her biri tek tek ambalajda olmalı, bir kutuda ise 50 adet tek kullanımlık swabstick (pamuklu çubuk) bulunmalıdır.
- 7- Ürünün ISO9001 ve CE belgeleri dosya halinde sunulmalıdır.
- 8- Ürün üzerinde kullanım için gerekli açıklamaları belirten etiketi olmalıdır.
- 9- Ürün teklifleri numune ve katalogları ile birlikte verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Deniz YALÇIN
Ped. Onkolojide Uzman
S.Sorumlu Hemşiresi

ONAYLAYAN