



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 13941
Düzenleme Tarihi : 19.04.2018

KOD : J01-012207 /
MALZEME ADI : VAJİNAL SPEKÜLÜM DİSPOSABLE (LARGE).

SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ (LARGE)

1. Tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır.
2. Sert ve saydam materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. Cusco modeli olmalıdır.
4. Açılıp kapanmasını sağlayan mekanizma vidalı olmamalıdır.
5. Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
6. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.
7. Spekulumların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, spekulumun istenilen açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Spekulumların boyun kısmı ile ağız kısmı arasında çap farkı çok fazla olmamalıdır.
9. Üç parçadan oluşacak, iki çene de doku tahribatı yapmaması için yuvarlatılmış ve traşlanmış olmalı, alt çene elle rahat oturması için ergonomik olmalı, mandalı kitlendiği zaman manipülasyon sırasında açılmamalıdır.
10. Görüş mesafesi 3 cm den az olmamalıdır. Boyun uzunluğu en az 7,5 cm olmalıdır.
11. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek bir malzemeden olmalıdır. Tercihen SAN veya Polycarbonat olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
13. Üretici, ithalatçı veya bayii olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
14. Numune getirilmelidir.

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Doç. Dr. İsmail GÜLER
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Bilim Dalı
Dip. No: 23415 Dip. Tes. No: 74527



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 13943
Düzenleme Tarihi : 19.04.2018

KOD : J01-012206 /
MALZEME ADI : VAJİNAL SPEKÜLÜM DİSPOSABLE (MEDIUM).

SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ (MEDIUM)

1. Tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır.
2. Sert ve saydam materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. Cusco modeli olmalıdır.
4. Açılıp kapanmasını sağlayan mekanizma vidalı olmamalıdır.
5. Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
6. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.
7. Spekulumların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, spekulumun istenilen açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Spekulumların boyun kısmı ile ağız kısmı arasında çap farkı çok fazla olmamalıdır.
9. Üç parçadan oluşacak, iki çene de doku tahribatı yapmaması için yuvarlatılmış ve traşlanmış olmalı, alt çene elle rahat oturması için ergonomik olmalı, mandalı kitlendiği zaman manipülasyon sırasında açılmamalıdır.
10. Görüş mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır. Boyun kısmı en az 7.5 cm olmalıdır.
11. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek bir malzemeden olmalıdır. Tercihen SAN veya Polycarbonat olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
13. Üretici, ithalatçı veya bayii olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
14. Numune getirilmelidir.

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Doç. Dr. İsmail GÜLER
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Bilim Dalı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 74527



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 13944
Düzenleme Tarihi : 19.04.2018

KOD : J01-010526 /
MALZEME ADI : VAJİNAL SPEKÜLÜM DİSPOSABLE (SMALL).

SPEKÜLÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ (SMALL)

1. Tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır.
2. Sert ve saydam materyalden imal edilmiş olmalıdır.
3. Cusco modeli olmalıdır.
4. Açılıp kapanmasını sağlayan mekanizma vidalı olmamalıdır.
5. Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalıdır.
6. Kilit dili, spekulumun kabza kısmında yukarıdan aşağıya doğru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.
7. Spekulumların kilit sisteminde kullanılan dil, spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak, kabza kısmında ise, spekulumun istenilen açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Spekulumların boyun kısmı ile ağız kısmı arasında çap farkı çok fazla olmamalıdır.
9. Üç parçadan oluşacak, iki çene de doku tahribatı yapmaması için yuvarlatılmış ve traşlanmış olmalı, alt çene elle rahat oturması için ergonomik olmalı, mandalı kitlendiği zaman manipülasyon sırasında açılmamalıdır.
10. Görüş mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır.
11. Hammaddesinin kırılma direnci yüksek bir malzemeden olmalıdır. Tercihen SAN veya Polycarbonat olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
13. Üretici, ithalatçı veya bayii olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
14. Numune getirilmelidir.

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 31521

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Smail GÜLER
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dip. No: 2898 Dip. Tes. No: 74527

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 38691
Düzenleme Tarihi : 19.04.2018

KOD : J01-013533 /
MALZEME ADI : FOTOĞRAF KARTI

- FOTOĞRAF KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
- 1-A6 büyüklüğünde renkli baskıya olanak tanınmalıdır.
 - 2- Ölçüleri 144 x 100mm olmalıdır.
 - 3- 200 baskı kağıdı için 4 ribon verilmelidir.
 - 4- Sony marka renkli printer ile uyumlu olmalıdır.

Prof.Dr.R.Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Başkanı
Dip. No:2898 Dip. Tes.No:31521

Prof.Dr.R.Onur KARABACAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Başkanı
Dip. No:2898 Dip. Tes.No:31521

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. İsmail ZİLİLER
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Başkanı
Dip. No: 13415 Dip. Tes.No: 74527

ONAYLAYAN