



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45509
Düzenleme Tarihi : 19.04.2018

KOD : J03-031151 /
MALZEME ADI : BASKÜL (BOY ÖLÇER TARTI ALETİ).

1. Özel tasarım kilo boy ölçer insan baskülü
2. Dijital ekranda kilo ağırlığı göstermelidir.
3. Boy ölçer ana gövdeye monte olmalıdır.
4. Işıklı LED ekran göstergesi olmalıdır.
5. 0-200 kg arası 50 gr hassasiyetle tartım yapabilmelidir.
6. Otomatik tuş ile sıfırlama özelliği olmalıdır.
7. Şarj edilebilir akü ile ve/veya adaptör ile çalışabilmelidir.
8. Terazı tekerlekli sistemiyle bir yerden bir yere kolayca taşınabilmeli ve kilit sistemiyle tekerleri sabitlenebilmelidir.
9. ?malattan doğabilecek arızalara karşı 2 (iki) yıl teknik servis ve yedek parça garantisi olmalıdır. Bu sürenin sonunda da 10 yıl teknik servis ve yedek parça güvencesi olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalıdır.
12. Üretim hatasına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
13. Kontrol ve kabul Anabilim Dalımız tarafından belirlenen teknik personelce, sistem ile eklerinin rutin çalışma şartlarında firmanın ve anlaşmadaki hak ve sorumlulukları da göz önüne alınmak suretiyle denenmesinden sonra yapılacaktır.

Uzm. Dr. Tuğba KANASLI GÜRSOY
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Hastalıklardan Korunma Genel Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Dip. Tes. No: 144787-112841

Doç. Dr. Anıl Tapıoız
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enfeksiyon B.D.
Dip.No:72422 - Dip.Tes.No: 99519

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN