

## MAKAS ŞARTNAMESİ

- 1.Makas uzunluđu en az 10 cm en fazla 15 cm olmalıdır.
- 2.Tüm aksanı paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
- 3.Tutma yeri el anatomisi için ergonomik olmalıdır.
- 4.Ađzı kolay k rlenmemeli;mukavva ,kađıt,plastik ,kumaş vb.maddeleri iyi kesebilmelidir.

Prof. Dr. I. KARAD K  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.  
Dip. No: 702 Dip.Tes. No: 30307

Uzm. Dr. Eda MACİT AYDIN  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD  
Yođun Bakım BD  
Dip. Tes. No: 117171