



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45504  
Düzenleme Tarihi : 12.04.2018

KOD : J08-012015 /

MALZEME ADI : PLASTİK PASTÖR PİPETİ (PUARLI, NONSTERİL)

PASTÖR PİPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pastör pipeti kendinden puarlı olmalıdır.
2. Non-steril olmalıdır.
3. Polipropilen?den imal edilmiş olmalıdır.
4. 3 mL çekme kapasitesinde olmalıdır.
5. Numunenin laboratuvar tarafından önceden denenmiş olması gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Zübeyde Nur ÖZGENÇ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı  
Dip. No: 11863 - Dlp. Tes. No: 90504  
Dip. No: 11863 - Dlp. Tes. No: 90504

Doç.Dr. Zeynep Arzu YEGİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı  
Dip. No: 2417 - Dlp. Tes. No: 90504

ONAYLAYAN



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45503  
Düzenleme Tarihi : 12.04.2018

KOD : J08-088186 /

MALZEME ADI : EPPENDORF TÜP

EPPENDORF TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler içerisine 2 ml sıvı alabilecek özellikte olmalıdır.
2. Tüpler propilen özellikte olmalı ve -80 C0 `de zarar görmemelidir.
3. Tüpler kendinden kapaklı olmalı ayrıca kapağa ihtiyaç duyulmamalıdır.
4. Tüpler numune görülerek tercih edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Zübeyde Nur ÖZKURT  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı  
Dip. No: 14837 - Dip. Tes. No: 90502

ONAYLAYAN

Doç.Dr. Mustafa YEGIN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hast. A.Ş. Hematoloji A.B.D. Öğr. Üyesi  
Dip.No:2247 - Dip.Tes.No:90205