



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66752  
İstem Tarihi : 11.04.2018 00:00:00  
Açıklama : DOĞRUDAN TEMİN

Döküm Tarihi : 12.04.2018  
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : ERHEL B1  
Bölüm Adı : ERIŞKİN HEMATOLOJİ LAB.

İstem Şartname Listesi

- 2) Cihaz sürekli yükleme özelliğe sahip olmalıdır.
- 3) Sürekli yükleme ile 1 veya 2 jellik yükleme yapılabilmelidir.
- 4) Cihaz ?Agaroz Jel? yöntemi ile çalışmalıdır.
- 5) Cihaz ile,immünfiksasyon testleri(serum-idrar), çalışılabilmelidir.
- 6) Cihazın yürütme tankı otomatik sıcaklık kontrollü olmalıdır.
- 7) Elektroforez uzunluğu en az 2 cm olmalıdır.
- 8) Cihaz, idrar örneği üzerinde çeşitli uygulamalar (analizler) yapılmasına uygun olmalıdır.
- 9) Cihaz, elektroforezin çeşitli aşamalarına müdahale edilebilecek esnekliğe sahip olmalı ve gereği durumunda migrasyon süresi, migrasyon voltajı, uygulama sayısı, uygulama noktası, boyama, renk giderme ve yıkama işlemlerinin sayısı ve sürelerini değiştirebilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik, cihazın yapabildiği tüm test parametreleri için geçerli olmalıdır.
- 10) Cihaz, dış bir bilgisayar yardımı ile yönetilmeli veya dahili bir mikroprosesör ile en son versiyon işletim sistemlerini kullanmalıdır.
- 11) Cihaz aynı analiz için 2 jelin aynı anda yürütülmesine uygun olmalıdır.
- 12) Cihaz ve kullandığı kitler, bir kalite kontrol programına bağlı olmalıdır.
- 13) İmmünofiksasyon, sonuç olarak gözle değerlendirilen nitel bir inceleme olduğu için; cihaz ve kitlerinin çalıştırılarak elde edilecek immünofiksasyon sonuçlarının rezolüsyonunun kontrol örnekleri ile niteliğinin onanması ve kabulü gerekir.

  
Prof. Dr. Münevver YALÇIN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları Hematoloji Öğr. Üyesi  
Dip. No: 35243-50477

  
Doç. Dr. Zeynep ARZU EGİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
İç Hastalıkları Hematoloji A.B.D. Öğr. Üyesi  
Dip. No: 35243-50477 - Dip. Tes. No: 993066