

## TRAŞ BIÇAĞI ŞARTNAMESİ

- 1.Tek bıçaklı olmalıdır.
- 2.Bıçak koruması düz ve tek parça olmalıdır.
- 3.Cildi tahriş etmemelidir.
- 4.Temizlik esnasında bıçağında eğilme ve deformasyon olmamalıdır.
- 5.Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Lalı KARABEKİR  
T.C. Gaziantep Üniversitesi  
Gaziantep Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.  
Dip. No: 07625 / Mes. No: 39307

Uzm. Dr. Eda MACİT AYDIN  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.  
Yoğun Bakım B.D.  
Dip. Tesc. No: 117171