

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66979

Döküm Tarihi : 26.04.2018

İstem Tarihi : 26.04.2018 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama :

Bölüm Kodu : GASTENDPL1

Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014771	GS2180 ENDOSKOPİK ELEKROCERRAHİ BICAK (ÜÇGEN UÇLU)	5.00	ADET

Şartname Kodu : 35193

TEK KULLANIMLIK ÜÇGEN UÇLU ENDOSKOPİK BİÇAK

- 1-Teklif edilen bıçak triangle (üçgen) tip uç yapısına sahip olmalıdır.
- 2-Teklif edilen bıçağın triangle uç yapısı ile işaretleme,insizyon ve diseksiyon yapabilmelidir.
- 3-Teklif edilen bıçağın triangle iletken uç yapısı mukozayı kesmeye uygun olmalıdır.
- 4-Teklif edilen bıçak,distal caplerle birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
- 5-Teklif edilen bıçağın triangle uç yapısı nedeniyle rotasyona ihtiyaç duymayarak her yönde kesi yapabilmelidir.
- 6-Teklif edilen bıçak, çalışma kanalı min.2.8mm olan endoskoplara kullanıma uygun olmalıdır.
- 7-Teklif edilen bıçak,çalışma uzunluğu 1650mm olan gastroskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
- 8-Teklif edilen bıçağın uzunluğu 4.5mm olmalıdır.
- 9-Teklif edilen bıçağın triangle uç kalınlığı 0.4mm olmalıdır.
- 10-Teklif edilen bıçak,steril paketler halinde tek kullanımlık olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet İbriş
T.C. Gazi Üniversitesi
Gaz. Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No: 92-955 Dip. Tes.No: 71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66979
İstem Tarihi : 26.04.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 26.04.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010667	GS2150 ENDOSKOPİK ELEKTROCERRAHİ BICAK (İZOLE EDİLMİS UCLU)	5.00	ADET

Şartname Kodu : 35194

ENDOSKOPİK İZOLE UÇLU BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ (IT KNIFE2)

1. Teklif edilen bıçağın ucu seramik maddeden yapılmış top şeklinde olmalıdır.
2. Teklif edilen bıçak, distal caplerle birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen bıçağın top şeklindeki elektrod kısmı lateral insizyon ve submukozal diseksiyon yapmaya uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen bıçağın çalışma kanalı minimum 2.8mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
5. Teklif edilen bıçak, çalışma uzunluğu 1650mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
6. Teklif edilen bıçak uzunluğu 4 mm olmalıdır.
7. Teklif edilen bıçak gastroskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
8. Teklif edilen bıçağın, yalıtılmış ucunun dış çapı 2.2mm olmalıdır.
9. Teklif edilen bıçak steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet İbiş
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No:92-955 Dip.Tes.No:71571



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45586
Düzenleme Tarihi : 26.04.2018

KOD : J01-01E115 /

MALZEME ADI : GS2160 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, KANCA UÇLU.

EK KULLANIMLIK SU JETİ ENTEGRELİ ENDOSKOPIK BIÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen bıçağın ucu L şeklinde olmalıdır
2. Teklif edilen bıçağın L şekilli distal ucu uzunlamasına ve lateral diseksiyon kesi yapmak için uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen bıçağın jet fonksiyonu ile cihaz değişimine gerek kalmadan su veya fizyolojik serum kullanımını sağlamalıdır.
4. Teklif edilen bıçağın çalışma kanalı minimum 2.8 mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
5. Teklif edilen bıçak, çalışma uzunluğu 2300 mm olan gastroskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
6. Teklif edilen bıçak, hook (L kısmı) uzunluğu 1.3 mm olmalıdır.
7. Teklif edilen bıçak, rotasyon yapabilmeli ve kilitleme mekanizması olmalıdır.
8. Teklif edilen bıçağın boyu 4.5 mm olmalıdır.
9. Teklif edilen bıçak steril paketler halinde tek kullanımlık olmalıdır.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.

Prof. Dr. Mehmet ABİG
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Ört. Üyesi
Dip.No:92-955 Dip. Tes.No:1571

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66979
İstem Tarihi : 26.04.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 26.04.2018
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010666	GS2170 ELEKROCERRAHİ BICAK. LOOP UCLU (ESD BICAĞI)	15.00	ADET

Şartname Kodu : 35191

TEK KULLANIMLIK ENDOSKOPIK TİP BİÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ(KNOB-SHAPED)

1. Teklif edilen bıçağın uç kısmı knob-shaped şeklinde olmalıdır.
2. Teklif edilen bıçak, çalışma kanalı minimum 2.8mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen bıçak, çalışma uzunluğu 1650 ve 2300mm olan kolonoskopa ve gastroskopa kullanıma uygun olmalıdır.
4. Teklif edilen bıçağın iki farklı bıçak boyu olmalıdır.
5. Teklif edilen bıçak uzunluğu kapalıyken 0.3mm, açıldığında 1.5mm ve 3mm olmalıdır.
6. Teklif edilen bıçak, distal caplerle (OLYMPUS D-201 seri) birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
7. Teklif edilen bıçak kapalı konumdayken işaretleme ve hemostaz yapabilmelidir, açık konumdayken insizyon ve diseksiyon yapabilmelidir.
8. Teklif edilen bıçaklardan 5 adet 1650mm gastroskopa , 10 adet 2300 mm kolonoskopa kullanılacaktır.
9. Teklif edilen bıçak steril paketler halinde tek kullanımlık olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet İriş
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıklar Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No:92-955 Dip. Tes.No:71571