



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM


Şartname Numarası : 45630

Düzenleme Tarihi : 03.05.2018

KOD : J03-031791 /

MALZEME ADI : GÜÇ KAYNAĞI.

1. Batarya seti, elcek ile steril ortamda kullanımını sağlayacak parçalardan oluşmalıdır.
2. Batarya Li-Ion?dan üretilmiş olmalıdır.
3. Batarya, standart bir ortopedik operasyonda kullanım ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere en az 14.4V voltaja sahip olmalıdır.
4. Batarya kapasitesi 1,2 Ah olmalıdır.
5. Boş bataryanın şarj süresi 50 dakikayı aşmamalıdır.
6. Steril edilmemelidir.
7. Bataryalar, sistem ile birlikte verilecek batarya şarj cihazı ile şarj edilebilmelidir.
8. Hastanemizde kullanılan sistemle uyumlu olmalıdır.

  
Prof. Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69761

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğrt. Üyesi M. Baybars ATAÖĞLU

T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Diploma No:13866/ Dip. Tes.No:117179

ONAYLAYAN