



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 45629

Düzenleme Tarihi : 03.05.2018

KOD : J01-01F445 /

MALZEME ADI : NEROCERRAHI PEDI (BEYİN CERRAHİSİ İÇİN)

- 1.Cerrahi ipli pamuk pedi %100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Pamuklar muntazam kesilmiş olmalı,kenarlarından lifler vermemelidir.
- 3.Kullanım esnasında (yaş veya kuru ortamlarda)parçalanma,döküntü ve liflenme olmamalıdır.
- 4.Ürün dokuya hasar vermemelidir.En az ağırlığını 20 katı sıvı emme özelliğinde olmalıdır.
- 5.Pamukların takip ipleri çekildiğinde veya asıldığında çözülmecek ve sertlik yapmayacak şekilde tasarlanmış bir ilmik ile pediye bağlanmış olmalıdır.
- 6.Pamuklar kolay kullanılabilir şekilde tasarlanmış çekip çıkarılabilir üzerinde çentikler olmalıdır.
- 7.Ürün CE-ISO 13485 :2003 belgeli,UBB kayıtlı ve S.B onaylı olmalıdır.
- 8.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
- 9.Ürünler gamma ile steril edilmiş olmalı ve sterilizasyon sertifikaları malzeme teslimi ile sunulmalıdır.
- 10.Ürün boyları Klinik istemi doğrultusunda verilmelidir.
- 11.En az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 12.Teslim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
- 13.Teklif veren firmalar ürünün miadı 3 ay kala,bölüm tarafından haber verilip,yeni miadlı ürünle ,firma değişimi kabul etmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No:6976

ONAYLAYAN

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 80005