

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66557  
İstem Tarihi : 04.04.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 26.04.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KHDKL1  
Bölüm Adı : KADIN HAST.VE DOĞUM KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064227	ASPIRATÖR KAVANOZU.	2.00	ADET

Şartname Kodu : 43390

VAKUM CİHAZI KAVANOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kavanoz toplam 1,5 lt hacimli olmalıdır.
- 2- Kavanoz cam malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Kavanoz otoklavda steril edilebilmelidir.
- 4- Kavanozun üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır.
- 5- Kavanozun yüksekliği 20 cm, ağız dış çapı 11,5 cm, ağız iç çapı 9 cm olmalıdır.
- 6- Kliniğimizde kullanılan Atmos marka vakum cihazı ile uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. R. Onur KARABACAK  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı  
Dip. No: 13445 Tes. No: 31521

Doç. Dr. İsmail GÜLER  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
Dip. No: 13445 Tes. No: 74527