

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67089

Döküm Tarihi : 04.05.2018

İstem Tarihi : 04.05.2018 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz çocuk metabolizma laboratubarında kullanmak

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-060033	BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR (ERKEK DİŞ).	3.00	ADET

Şartname Kodu : 45637

**BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR (ERKEK DİŞ) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Helyum tüpüne uygun olmalıdır.
- 2- pirinç malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 3- giriş ve çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olacaktır.
- 4- bağlantı rekoru TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 5- yüklenici teklif vermeden önce teknik işletme müdürlüğü oksijen santraline numune getirip, yetkili teknisyenin onayını aldıktan sonra teklif vermelidir.

Hakan Kömbe  
Oksijen Teknisyeni  


  
İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı