

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 66558 Döküm Tarihi : 26.04.2018  
İstem Tarihi : 04.04.2018 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : 9. KATTA KULLANILMAK ÜZERE

Bölüm Kodu : KHKDL1  
Bölüm Adı : KADIN HAST.VE DOĞUM KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-031158	BEBEK TERAZİSİ DİGİTAL	3.00	ADET

Şartname Kodu : 28100

- 1-Terazinin kapatizesi 20 kg hassasiyeti 5-10 gr olmalıdır.
- 2- Terazinin digital göstergesi rakamsal olmalıdır .
- 3- Terazinin bebek koyma bölmesi ayarlanabilir tipte olmalıdır .
- 4- Terazideki tartım sonucu bebek hareketi ile değişmemelidir.
- 5- terazi 9V pille çalışmalı 2 adet pili ile verilmelidir .
- 6- Terazinin ekranı LCD tipte olmalıdır .
- 7- İmalattan doğabilecek hatalara karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır .
- 8- Terazinin kefesi bebeğin tenine zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilir olmalıdır.
- 9- Otomatik olarak kapanma özelliği olmalıdır .
- 10- Ekrandaki değeri hafızaya alma özelliği olmalıdır .
- 11- İhale esnasında numune getirilmelidir

Prof.Dr.R.Onur KARABACAK  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. Başkanı  
Dip. No:7898 Dip.Tes.No:31521

Doç. Dr. İsmail GÜLER  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. Bilim Dalı  
Dip. No: 13415 Dip.Tes.No: 74527