

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67051
İstem Tarihi : 02.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.05.2018
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : MBLLB2
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-074666	TPHA KİTİ.	400.00	TEST

Şartname Kodu : 38681

TPHA Kiti şartnamesi

- 1- Kitin üretildiği ülkelerdeki yetkili kurum tarafından onaylanmış, tanı amacıyla kullanılabilirliğini kanıtlayan ve üretildiği ülkede de kullanıldığını gösteren belge olması gerekmektedir.
- 2- Kit içerisindeki tüm kontroller, solüsyonlar, reagentler gibi malzemeler eksiksiz ve çalışır durumda olmalıdır. Eksik malzeme çıktığı takdirde firma bu kiti 48 saat içerisinde yenisiyle değiştireceğini kabul etmelidir.
- 3- Kitin performans gerilemesinde değiştirileceği ilgili firmalar tarafından taahhüt edilmelidir.

Prof. Dr. İbrahim Bırdal

Prof. Dr. Ayhan ÇAĞLAR
Gazı Üni. Gaz. İla. Mikrobiyoloji A.D.
Dip. No: 2011-050

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67051
İstem Tarihi : 02.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : MBLLB2
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J08-013266	PLASTİK PASTÖR PİPETİ (DERECELİ, NONSTERİL)	15.000.00	ADET
Şartname Kodu : 38698			

Plastik pastör pipeti (nonsteril)

- 1- Pastör pipeti sıvı transferi için uygun plastik özellikte olmalıdır.
- 2-Taksimatlı olmalı, kapasitesi 3 ml olmalıdır.
- 3- Nonsteril olmalıdır.

Prof. Dr. Gürkan Bodeyri

Prof. Dr. Kayhan CAĞLAR
T.C.G. Gazi Hastanesi
Mikrobiyoloji A.D.
Dip.No 8944-050

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67051
İstem Tarihi : 02.05.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.05.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : MBLLB2
Bölüm Adı : MİKROBİYOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-074667	TOXOPLAZMA HEMAG.KİTİ.	100.00	TEST
Şartname Kodu : 38677			

Toxoplasma IHA kiti Şartnamesi

- 1- Kitiin üretildiği ülkelerdeki yetkili kurum tarafından onaylanmış, tanı amacıyla kullanılabildiğini kanıtlayan ve üretildiği ülkede de kullanıldığını gösteren belge olması gerekmektedir.
- 2- Kit içerisindeki tüm kontroller, solüsyonlar, reagentler gibi malzemeler eksiksiz ve çalışır durumda olmalıdır. Eksik malzeme çıktığı takdirde firma bu kiti 48 saat içerisinde yenisiyle değiştireceğini kabul etmelidir.
- 3- Kitiin performans gerilemesinde değiştirileceği ilgili firmalar tarafından taahhüt edilmelidir.

Dr. Aydin Bordeyn

Prof.Dr. Kayhan CAĞLAR
T.C.G.Ü.T.A. Gazi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dış No/89-AA-050