J01-01B912 TEK LÜMENLİ 2.5 Fr UMBİLİCAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter DEHP kimayasalı içermeyen özel üretim kan uyumluluğu yüksek Poliürethane dan üretilmiş olmalıdır.
2. Transparan kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır
3. Tek lümenli kateterin vasküler travma oluşturmaması amaçlı ucu yuvarlatılmış olmalı ve termo-sensitive olmalıdır.
4. Kateter arteriyel yoldan yerleştirilebilmelidir.
5. Kateter infüzyon, enjeksiyon, kan ürünleri verilmesi ve exchange işlemlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.
6. Kateterle birlikte aynı ambalaj içinde üçlü stopcock bulunmalıdır. Karışıklığa mahal vermemek amaçlı stopcock üzerinde arter için kırmızı venöz için mavi renk kodlu tıpalar olmalıdır.
7. Kateter çapı 2.5Fr, uzunluğu ise 30 cm olmalıdır.
8. Kateter üzerinde 4cm den 25cm'e kadar nümerik derinlik işaretleri bulunmalıdır.
9. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.
11. Kateter CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.
12. Kateter esnek ve yumuşak olmalıdır.