

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67100  
İstem Tarihi : 08.05.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.05.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CSAGKL1  
Bölüm Adı : ÇOCUK SAĞ.VE HASTA. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J03-032784	SERUM ASKISI.	20.00	ADET
Şartname Kodu	: 4015		

serum askısının gövdesi 42mm çapında, taşıyıcı borusu 32mm çapında, paslanmaz çelik kaplı olmalı  
serum askısı 4 adet serum kancasına sahip olmalı, kancaların ucu dairesel olarak şekillendirilmiş olmalı  
serum askısının yüksekliği 1120mm ile 2000mm arasında ayarlanabilmelive askı yüksekliğinin sabitlenmesi için vida sistemi bulunmalıdır  
serum askısının gövdesi infüzyon pompası taşıyabilecek dengeye sahip olmalı  
serum askısı sert plastikten imal edilmiş, tek parçadan oluşan ayak bölümüne sahip olmalı ve ayak bölümünde 5 adet rahat hareket edebilen tekerlekler bulunmalı  
serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı ve garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılandığında yedek parça temin garantisi olmalıdır  
üretici firmanın TSE hizmete yeterlilik belgesi olmalıdır

İmza  
YERİNE  
T.C. G. Ü. T. F. GAZİ HASTANESİ  
PULDİRİM YENİNESİ  
T.C. G. Ü. T. F. GAZİ HASTANESİ  
Diploma No: 21087/2455

Doç. Dr. Arzu OKUR  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Dip. No: 9336