



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 31457

Düzenleme Tarihi : 16.05.2018

KOD : J07-073833 /

MALZEME ADI : GA-68 DOTATATE KASET.

Ga-68 Steril Kasetleri için Teknik Şartname

- 1- Ga-68 sentezinde kullanılacak olan steril kasetler kliniğimizde bulunan tam otomatik sentez ünitesi ve Ge-68/Ga-68 jeneratörü ile uyumlu çalışabilmelidir.
- 2- Steril kasetler, sentez işleminde gerekli olan fosfat tampon çözelti, hepes buffer, etanol, C-18 kartuş, sterilizasyon filtresi, son ürün vial ve hipodermik iğne içermelidir.
- 3- Steril kasetler Ge-68/Ga-68 jeneratöründen yapılan sağım işlemi sonucu elde edilen Ga-68 çözeltisine işaretlemeye imkan verecek seviyeye getirmek için katyonik ön safıslılaştırma yapabilmelidir.
- 4- Kaset içeriğinde verilecek olan peptid veya antijenler hasta endikasyonuna bağılı olarak sipariş sırasında belirlenecektir.

HAZIRLAYANLAR
Doc. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 98-092-034 Dip. Tes. No: 88823

ONAYLAYAN

Prof. Dr. L. Ozlem ATAY
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 03A-003 Dip. Tes. No: 47104